



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE
№ ФСЗ 2012/12683

от 13 августа 2012 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

«Никон Инструментс Юроп Б.В.», Нидерланды,
Nikon Instruments Europe B.V., Laan van Kronenburg, 2, 1183AS Amstelveen, the
Netherlands

и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники)
Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse Ci (варианты исполнения: Eclipse
Ci-S, Eclipse Ci-L, Eclipse Ci-E) с принадлежностями (см. Приложение на 10 листах)
производства

«Никон Корпорейшн», Япония,
Nikon Corporation, 12-1, Yuraku-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

класс потенциального риска 2а

ОКП 44 3510

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД №26213 от 31.07.2012

приказом Росздравнадзора от 13 августа 2012 года №758-Пр/12

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской
Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Е.А. Тельнова



0000435

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2012/12683**

Лист 1

- I. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse Ci-S, базовый состав:
1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse Ci-S.
 2. Инструкция.
- II. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse Ci-L, базовый состав:
1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse Ci-L.
 2. Инструкция.
- III. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse Ci-E, базовый состав:
1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse Ci-E.
 2. Инструкция.
- IV. Принадлежности:
1. Столик предметный правосторонний C-SR2S с держателем 2-х препаратов - не более 2 шт.
 2. Столик предметный левосторонний C-SL2S с держателем 2-х препаратов - не более 2 шт.
 3. Столик предметный правосторонний C-CSR1S с керамическим покрытием и держателем препарата - не более 2 шт.
 4. Столик предметный левосторонний C-CSL1S с керамическим покрытием и держателем препарата - не более 2 шт.
 5. Столик предметный правосторонний C-CSR с керамическим покрытием - не более 2 шт.
 6. Держатель 2-х препаратов C-H2L - не более 2 шт.
 7. Держатель препарата C-H1L - не более 2 шт.
 8. Тубус C-TB бинокулярный - не более 2 шт.
 9. Тубус C-TBM бинокулярный с антигрибковым покрытием - не более 2 шт.
 10. Тубус C-TT тринокулярный T - не более 2 шт.
 11. Тубус C-TF тринокулярный F - не более 2 шт.
 12. Тубус C-TFM тринокулярный F с антигрибковым покрытием - не более 2 шт.
 13. Тубус эргономический C-TE2 бинокулярный - не более 2 шт.
 14. Фотовыход C-TEP2 для эргономического тубуса.
 15. Окуляр CFI 10x - не более 4 шт.
 16. Окуляр CFI 15x с диоптрической настройкой - не более 4 шт.
 17. Окуляр широкопольный CFI UW 10x - не более 4 шт.
 18. Окуляр CFI 10x M с фотомаской - не более 2 шт.
 19. Окуляр широкопольный CFI UW 10x M с фотомаской - не более 2 шт.
 20. Насадка на окуляр CFWN 10X - не более 4 шт.
 21. Насадка на окуляр CFI UW - не более 4 шт.
 22. Телескоп C-CT с UW насадкой центрирующий.
 23. Устройство C-ER изменения положения выходного зрительного экрана (55 мм).
 24. Блок Y-LM дополнительного увеличения.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Е.А. Тельнова

13 августа 2012 года

0000660

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2012/12683**

Лист 2

25. Револьвер объективов шестигнездный С-N - не более 2 шт.
26. Револьвер объективов шестигнездный С-NA со слотом для анализатора - не более 2 шт.
27. Вставка для револьвера CI-NS - не более 2 шт.
28. Светофильтр ND2 A, диаметр 45 мм - не более 2 шт.
29. Светофильтр ND4 A, диаметр 45 мм - не более 2 шт.
30. Светофильтр ND8 A, диаметр 45 мм - не более 2 шт.
31. Светофильтр ND16 A, диаметр 45 мм - не более 2 шт.
32. Светофильтр NCB11, диаметр 45 мм - не более 2 шт.
33. Светофильтр GIF, диаметр 45 мм - не более 2 шт.
34. Светофильтр ND3 для CFI объективов 10x - не более 2 шт.
35. Держатель CI-FCH кассеты светофильтров.
36. Конденсор CC N.A.1.40 ахроматический/апланатический - не более 2 шт.
37. Конденсор С-С ахроматический - не более 2 шт.
38. Конденсор ахроматический поворотный - не более 2 шт.
39. Конденсор С-С Аббе - не более 2 шт.
40. Конденсор С-С ахроматический поворотный - не более 2 шт.
41. Конденсор С-С 2-100x ахроматический со сдвижной линзой - не более 2 шт.
42. Конденсор С-С для фазового контраста с турелью - не более 2 шт.
43. Конденсор LWD ахроматический.
44. Конденсор для темного поля, иммерсионный.
45. Конденсор для темного поля, сухой.
46. Конденсор CI-C-E моторизованный поворотный.
47. Линза расширительная С-CEL.
48. Объектив CFI Achromat 4x - не более 2 шт.
49. Объектив CFI Achromat 10x - не более 2 шт.
50. Объектив CFI Achromat LWD 20x A - не более 2 шт.
51. Объектив CFI Achromat 40x - не более 2 шт.
52. Объектив CFI Achromat LWD 40x C - не более 2 шт.
53. Объектив CFI Achromat 60x - не более 2 шт.
54. Объектив CFI Achromat 100x Oil - не более 2 шт.
55. Объектив CFI Achromat 100x Oil Iris - не более 2 шт.
56. Объектив CFI Achromat DL 10x Ph1 - не более 2 шт.
57. Объектив CFI Achromat DL 40x Ph1 - не более 2 шт.
58. Объектив CFI Achromat LWD DL 20x Ph1 - не более 2 шт.
59. Объектив CFI Achromat DL 100X Oil Ph3 - не более 2 шт.
60. Объектив CFI Achromat DL 20x Ph1 - не более 2 шт.
61. Объектив CFI Achromat ADL 10x Ph1 - не более 2 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Е.А. Тельнова

13 августа 2012 года

0000661

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2012/12683**

Лист 3

62. Объектив CFI Achromat LWD DL 40x Ph2 – не более 2 шт.
63. Объектив CFI E Plan Achromat 4x - не более 2 шт.
64. Объектив CFI E Plan Achromat 10x - не более 2 шт.
65. Объектив CFI E Plan Achromat 40x - не более 2 шт.
66. Объектив CFI E Plan Achromat 100x Oil - не более 2 шт.
67. Объектив CFI Plan Achromat UW 1x - не более 2 шт.
68. Объектив CFI Plan Achromat UW 2x - не более 2 шт.
69. Объектив CFI Plan Achromat 4x - не более 2 шт.
70. Объектив CFI Plan Achromat 10x - не более 2 шт.
71. Объектив CFI Plan Achromat 20x - не более 2 шт.
72. Объектив CFI Plan Achromat 40x - не более 2 шт.
73. Объектив CFI Plan Achromat 40x NCG - не более 2 шт.
74. Объектив CFI Plan Achromat 50x Oil - не более 2 шт.
75. Объектив CFI Plan Achromat 100x Oil - не более 2 шт.
76. Объектив CFI Plan Achromat 100x NCG - не более 2 шт.
77. Объектив CFI Plan Achromat 100x W - не более 2 шт.
78. Объектив CFI Plan Fluor 4x - не более 2 шт.
79. Объектив CFI Plan Fluor 10x - не более 2 шт.
80. Объектив CFI Plan Fluor 10x W.
81. Объектив CFI Plan Fluor 20x A - не более 2 шт.
82. Объектив CFI Plan Fluor 40x - не более 2 шт.
83. Объектив CFI Plan Fluor 40x Oil - не более 2 шт.
84. Объектив CFI Plan Fluor 60x - не более 2 шт.
85. Объектив CFI Plan Fluor 60x Oil Iris - не более 2 шт.
86. Объектив CFI Plan Fluor 100x C (Dry) - не более 2 шт.
87. Объектив CFI Plan Fluor 100x Oil - не более 2 шт.
88. Объектив CFI Plan Fluor 100x Oil Iris - не более 2 шт.
89. Объектив CFI Plan Fluor 20x MI.
90. Объектив CFI Plan Fluor ADH 100x H.
91. Объектив CFI S Plan Fluor ELWD 20x C - не более 2 шт.
92. Объектив CFI S Plan Fluor ELWD 40x C - не более 2 шт.
93. Объектив CFI S Plan Fluor ELWD 60x C - не более 2 шт.
94. Объектив CFI S Fluor 4x - не более 2 шт.
95. Объектив CFI S Fluor 10x - не более 2 шт.
96. Объектив CFI S Fluor 20x - не более 2 шт.
97. Объектив CFI S Fluor 40x - не более 2 шт.
98. Объектив CFI S Fluor 40x Oil - не более 2 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Е.А. Тельнова

13 августа 2012 года

0000662

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2012/12683**

Лист 4

99. Объектив CFI S Fluor 100x Oil Iris - не более 2 шт.
100. Объектив CFI Fluor 20x W.
101. Объектив CFI Fluor 40x W.
102. Объектив CFI Fluor 60x W.
103. Объектив CFI Fluor DLL 40x W Ph2.
104. Объектив CFI Achromat DL 10x A - не более 2 шт.
105. Объектив CFI Achromat LWD DL 20x A - не более 2 шт.
106. Объектив CFI Achromat DL 40x A - не более 2 шт.
107. Объектив CFI Achromat DL 100x Oil A - не более 2 шт.
108. Объектив CFI Achromat DL 20x F - не более 2 шт.
109. Объектив CFI Achromat LWD DL 40x C - не более 2 шт.
110. Объектив CFI Achromat ADL 10x F - не более 2 шт.
111. Объектив CFI Achromat LWD ADL 20x F - не более 2 шт.
112. Объектив CFI Achromat LWD ADL 20x Ph1 F.
113. Объектив CFI Achromat LWD ADL 40x F - не более 2 шт.
114. Объектив CFI Achromat LWD ADL 40x Ph1 F.
115. Объектив CFI Achromat LWD ADL 40x C - не более 2 шт.
116. Объектив CFI Plan Fluor DL 4x A - не более 2 шт.
117. Объектив CFI Plan Fluor DL10x F - не более 2 шт.
118. Объектив CFI Super Plan Fluor ELWD ADM 20x C - не более 2 шт.
119. Объектив CFI Super Plan Fluor ELWD ADM 40x C - не более 2 шт.
120. Объектив CFI Super Plan Fluor ELWD ADL 60x C Ph2- не более 2 шт.
121. Объектив CFI Plan Fluor DLL 10x - не более 2 шт.
122. Объектив CFI Plan Fluor DLL 20x - не более 2 шт.
123. Объектив CFI Plan Fluor DLL 40x - не более 2 шт.
124. Объектив CFI Plan Fluor DLL 100x HA - не более 2 шт.
125. Объектив CFI Plan Achromat DL 10x - не более 2 шт.
126. Объектив CFI Plan Achromat DL 20x - не более 2 шт.
127. Объектив CFI Plan Achromat DL 40x - не более 2 шт.
128. Объектив CFI Plan Achromat DL 100x HB - не более 2 шт.
129. Объектив CFI Plan Achromat DL 10x Ph1 - не более 2 шт.
130. Объектив CFI Plan Achromat DL 20x Ph1 - не более 2 шт.
131. Объектив CFI Plan Achromat DL 40x Ph2 - не более 2 шт.
132. Объектив CFI Plan Achromat DL 100x Ph3 - не более 2 шт.
133. Объектив CFI Plan Achromat 2x.
134. Объектив CFI Plan Achromat λ 2x.
135. Объектив CFI Plan Achromat 4x.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Е.А. Тельнова

13 августа 2012 года

0000663

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2012/12683**

Лист 5

136. Объектив CFI Plan Apochromat 4x Lambda.
137. Объектив CFI Plan Apochromat 10x.
138. Объектив CFI Plan Apochromat 10x Lambda.
139. Объектив CFI Plan Apochromat 20x Lambda.
140. Объектив CFI Plan Apochromat 40x C.
141. Объектив CFI Plan Apochromat 40x Lambda.
142. Объектив CFI Plan Apochromat 60x Lambda.
143. Объектив CFI Plan Apochromat λ 60x H.
144. Объектив CFI Plan Apochromat 100x Lambda Oil.
145. Объектив CFI Plan Apochromat DM 20x Ph2.
146. Объектив CFI Plan Apochromat DM 20x Lambda.
147. Объектив CFI Plan Apochromat DM 40x Ph2.
148. Объектив CFI Plan Apochromat DM 40x Lambda.
149. Объектив CFI Plan Apochromat DM 40x Oil Ph3.
150. Объектив CFI Plan Apochromat DM 60x Lambda.
151. Объектив CFI Plan Apochromat DM 60x Oil Ph3.
152. Объектив CFI Plan Apochromat DM 60x Oil Lambda.
153. Объектив CFI Plan Apochromat DM 100x Oil Ph3.
154. Объектив CFI Plan Apochromat λ DM 100x H.
155. Объектив CFI Plan APO VC 20x.
156. Объектив CFI Plan Apochromat VC 60x H.
157. Объектив CFI Plan APO VC 60x A WI.
158. Объектив CFI Plan Apochromat VC 100x H.
159. Объектив CFI Plan Apochromat 100x NCG Oil.
160. Объектив CFI Apo 40x WI λ S.
161. Объектив CFI Apo 60x H λ S.
162. Объектив CFI Plan Apo IR 60x WI.
163. Объектив CFI Apo LWD 40x WI λ S.
164. Объектив CFI Achromat NAMC 10x.
165. Объектив CFI Achromat LWD NAMC 40x C.
166. Объектив CFI Achromat LWD NAMC 20x F.
167. Объектив CFI S Plan Fluor ELWD NAMC 20x C.
168. Объектив CFI S Plan Fluor ELWD NAMC 40x C.
169. Объектив CFI Apo 40x W NIR.
170. Объектив CFI Apo 60x W NIR.
171. Объектив CFI P Achromat Flat field 4x.
172. Объектив CFI P Achromat Flat field 10x.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Е.А. Тельнова

13 августа 2012 года

0000664

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2012/12683**

Лист 6

173. Объектив CFI P Achromat Flat field 20x.
174. Объектив CFI P Achromat Flat field 40x.
175. Объектив CFI P Achromat Flat field 100x Oil.
176. Объектив CFI LU Plan Epi P 5x.
177. Объектив CFI LU Plan Epi P 10x.
178. Объектив CFI LU Plan Epi P 20x.
179. Объектив CFI LU Plan Epi P 50x.
180. Объектив CFI LU Plan Epi P 100x.
181. Объектив CFI Achromat TIRF 60XH.
182. Объектив CFI Achromat TIRF 100XH.
183. Насадка CI-FL эпи-флуоресцентная.
184. Линза C-FC Epi-FL коллекторная.
185. Устройство C-FC Epi-FL для центровки осветителя.
186. Осветитель эпи-флуоресцентный НМХ-3В.
187. Блок крепления ртутной лампы.
188. Лампа ртутная C-LHG1 - не более 10 шт.
189. Блок питания C-SHG1.
190. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N B-2A - не более 2 шт.
191. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N B-3A - не более 2 шт.
192. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N G-2A - не более 2 шт.
193. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N UV-2A - не более 2 шт.
194. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N UV-1A - не более 2 шт.
195. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N V-2A - не более 2 шт.
196. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N BV-2A - не более 2 шт.
197. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров DAPI - не более 2 шт.
198. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров FITC - не более 2 шт.
199. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров GFP-L - не более 2 шт.
200. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров GFP-B - не более 2 шт.
201. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров TRITC - не более 2 шт.
202. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров TEXAS RED - не более 2 шт.
203. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N UV-2B - не более 2 шт.
204. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N BV-1A - не более 2 шт.
205. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N B-1E - не более 2 шт.
206. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N G-1B - не более 2 шт.
207. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров CFP HQ - не более 2 шт.
208. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров GFP HQ - не более 2 шт.
209. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров YFP HQ - не более 2 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Е.А. Тельнова

13 августа 2012 года

0000665

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2012/12683**

Лист 7

210. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров CFP-LP (Cyan GFP) - не более 2 шт.
211. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров YFP-LP (Yellow GFP) - не более 2 шт.
212. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров BFP-LP (Blue GFP) - не более 2 шт.
213. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров Cy3 - не более 2 шт.
214. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров Cy5 - не более 2 шт.
215. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров SRIC (Surface Reflection Interference Contrast)- не более 2 шт.
216. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров FITC/Rhodamine - не более 2 шт.
217. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров FITC/Texas Red - не более 2 шт.
218. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров DAPI/FITC - не более 2 шт.
219. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров DAPI/FITC/Rhodamine - не более 2 шт.
220. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров DAPI/FITC/Texas Red - не более 2 шт.
221. Куб для крепления флуоресцентных фильтров - не более 10 шт.
222. Осветитель эпи-флуоресцентный оптоволоконный Intensilight C-HGFI.
223. Осветитель эпи-флуоресцентный оптоволоконный Intensilight C-HGFIE.
224. Адаптер C-FGFIB HG 100W для i серии и Ti.
225. Лампа ртутная C-LHGFI - не более 10 шт.
226. Контроллер C-HGFIE-C.
227. Световод C-HGFIF15, длина 1500 мм.
228. Световод C-HGFIF30, длина 3000 мм.
229. Лампа галогенная 6В 30Вт - не более 10 шт.
230. Осветитель эпи-флуоресцентный НМХ.
231. Блок крепления галогенной лампы.
232. Лампа галогенная 12В 100Вт - не более 10 шт.
233. Трансформатор UN2.
234. Осветитель НМХ-4В со встроенным зеркалом.
235. Линза C-FCL.
236. Адаптер TE-AT для крепления осветителей.
237. Блок Y-THS для обучения.
238. Указатель светодиодный Y-THPL LED.
239. Опора Y-THPS.
240. Адаптер TH-AC2 для блока обучения.
241. Тубус Y-TBM бинокулярный - не более 2 шт.
242. Блок Y-THM для обучения основной.
243. Блок Y-THR-L для обучения.
244. Блок Y-THF для обучения.
245. Тубус промежуточный C-ISA с анализатором.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Е.А. Тельнова

13 августа 2012 года

0000666

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2012/12683**

Лист 8

246. Поляризатор C-SP.
247. Светофильтр защитный Ci-IRC IR.
248. Поляризатор D-DP DIC вращающийся.
249. Тубус C-IA с анализатором промежуточный.
250. Слайдер анализатора C-AS.
251. Поляризатор C-TP.
252. Лямбда пластина D-LP.
253. Револьвер объективов C-NA со слотом для анализатора шестигнездный.
254. Анализатор D-DA.
255. Объект-маркер красный.
256. Объект-маркер фиолетовый - не более 2 шт.
257. Адаптер C-OA для объект-маркера.
258. Чернила красные для объект-маркера.
259. Чернила фиолетовые для объект-маркера - не более 4 фл.
260. Смесь иммерсионная, 8мл - не более 20 фл.
261. Смесь иммерсионная, 50мл - не более 10 фл.
262. Смесь иммерсионная, 500мл - не более 10 фл.
263. Смесь иммерсионная нефлуоресцирующая, тип NF 50мл - не более 10 фл.
264. Чехол пылезащитный H550S.
265. Чехол пылезащитный H600L.
266. Чехол пылезащитный, тип 117.
267. Объект-микрометр тип А.
268. Объект-микрометр тип В.
269. Окуляр-микрометр - не более 6 шт.
270. Кабель сетевой - не более 10 шт.
271. Камера цифровая специализированная серии DS - не более 2 шт.
272. Кабель триггерный C-CTC U3/L3 для камеры цифровой - не более 2 шт.
273. Блок управления DS-U3 камерой цифровой специализированной - не более 2 шт.
274. Блок управления DS-L2 камерой цифровой специализированной - не более 2 шт.
275. Адаптер 0.7x C-mount - не более 2 шт.
276. TV тубус Y-T для C-Mount адаптера А - не более 2 шт.
277. Адаптер А C-mount TV - не более 2 шт.
278. Адаптер VM 2.5x C-mount TV - не более 2 шт.
279. Адаптер VM 4x C-mount TV - не более 2 шт.
280. Адаптер 0.45x C-mount - не более 2 шт.
281. Адаптер 0.6x C-mount - не более 2 шт.
282. Адаптер C-mount zoom - не более 2 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

13 августа 2012 года



Е.А. Тельнова

0000667

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2012/12683**

Лист 9

283. Zoom-линза - не более 2 шт.
284. Адаптер C-mount TV - не более 2 шт.
285. Линза 1X1 - не более 2 шт.
286. ENG-mount адаптер 0.6x для T2 тубуса - не более 2 шт.
287. ENG-mount адаптер 0.45x для T2 тубуса - не более 2 шт.
288. ENG-mount TV адаптер - не более 2 шт.
289. Электронный ключ - не более 5 шт.
290. Программное обеспечение для обработки изображений - не более 5 шт:
- NIS-Elements AR - программное обеспечение для управления микроскопом и цифровой камерой, захвата изображения, проведения автоматических и ручных измерений, создания Z-стэков, проведения временных измерений, наложения изображений, сшивки изображений, проведения деконволюции, фильтрации изображения, функция расширенного фокуса;
- NIS-Elements BR - программное обеспечение для управления микроскопом и цифровой камерой, захвата изображения, проведения автоматических и ручных измерений, создания Z-стэков, проведения временных измерений, наложения изображений, сшивки изображений;
- NIS-Elements D - программное обеспечение для управления микроскопом и цифровой камерой, захвата изображения, проведения автоматических и ручных измерений, создания Z-стэков, сшивки изображений;
- NIS-A SD Deconvolution - программный модуль 3D деконволюции;
- NIS-A RT Deconvolution - программный модуль 2D деконволюции;
- NIS-A 6D - программный модуль для проведения 6D экспериментов;
- NIS-A 4D - программный модуль для проведения 4D экспериментов;
- NIS-U 4D to 6D - программный модуль для апгрейда NIS-Elements BR до NIS-Elements AR;
- NIS-A DBASE - программный модуль базы данных;
- NIS-A EDF - программный модуль функции расширенного фокуса;
- NIS-A LCOMP - модуль сравнения изображений;
- NIS-A TIMEAS - программный модуль временных измерений;
- NIS-A AMEAS - программный модуль автоматических измерений;
- NIS-A OBJ TRACKING - программный модуль отслеживания траекторий движения объектов;
- NIS-A CA FRET - программный модуль для проведения экспериментов CA FRET;
- NIS-A OBJ CLASSIFIER - программный модуль классификатора;
- NIS-D Stage - программный модуль управления предметным столиком;
- NIS-D Shutter - программный модуль управления заслонкой;
- NIS-D XCITE - программный модуль управления эпи-флуоресцентным осветителем;
- NIS-D Z drive - программный модуль управления фокусировочным приводом;
- NIS-AR ML - дополнительная лицензия для NIS-Elements AR;
- NIS-BR ML - дополнительная лицензия для NIS-Elements BR;

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Е.А. Тельнова

13 августа 2012 года

0000668

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2012/12683**

Лист 10

- NIS-D ML - дополнительная лицензия для NIS-Elements D;
 - NIS-Elements AR Stand Alone - программное обеспечение NIS-Elements AR без функций управления;
 - NIS-U D to BR - программный модуль для апгрейда NIS-Elements D до NIS-Elements BR;
 - NIS-U D to AR - программный модуль для апгрейда NIS-Elements D до NIS-Elements AR;
 - NIS-U BR to AR - программный модуль для апгрейда NIS-Elements BR до NIS-Elements AR.
- V. Организация-изготовитель:
- Nanjing Nikon Jiangnan Optical Instrument Co., Ltd., 9, Hengda Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone, Nanjing 210038, People's Republic of China.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Е.А. Тельнова

13 августа 2012 года

0000669